

"기본을 바로세워 일류국가 이룩하자!"

국립환경연구원

전 자

우 404-170 / 인천 서구 경서동 종합환경연구 / 전화 032)560-7108 / 전송 032)560-7218
대기화학과 과장 한진석 연구관 홍유덕 담당자 공부주

문서번호 대화67223-9

시행일자 2002.01.14 ()

수 신 (주) 텍코엔지니어링 대표


참 조

제 목 환경측정기기 형식승인서 교부

1. 민원접수번호 제18('02.1.08)호와 관련입니다.
2. 귀하가 형식승인 신청한 환경측정기기(PM10)를 검토한 결과 관련규정에 적합하여 불임과 같이 형식승인서를 교부합니다.

붙임. 1. 환경측정기기 형식승인서 1부.
2. 환경측정기기 형식승인 검토결과서 1부. 끝

국립환경연구원



수신처

승인번호	환경측정기기 형식승인서			
제AACMS-2002-1호				
① 상 호 (사업장명칭)	텍코엔지니어링주식회사			
② 성 명 (대표자)	이 만 재	③ 주민등록번호	500110-1001412	
④ 주 소	서울시 영등포구 여의도동 14-35 (전화번호 : 02-784-4385)			
⑤ 사업장 소재지	서울시 영등포구 여의도동 14-35 (전화번호 : 02-784-4385)			
승인내용	⑥ 제 작 사	Rupprecht & Patashnick Co., Inc.	⑦ 제작국	미국
	⑧ 기 기 명 칭	대기연속자동측정기(PM10)	⑨ 형 식	1400A
	⑩ 상 품 명 (고유명칭)	TEOM SERIES 1400A(PM10)	⑪ 측 정 범 위	최소: 0 최대: 10,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	⑫ 최소농도(단위)	0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	⑬ 공인측정오차범위	
⑭ 승 인 조 건	환경기술개발및지원에 관한 법률 제14조 제2항 준수 (1년 1회 정도검사)			

환경기술개발 및 지원에 관한 법률 제14조 제1항 및 동 법률 시행규칙
제14조 제2항의 규정에 의하여 위와 같이 승인합니다.

2002년 1월 14일

국립환경연구 (인)

